

Sopot, dnia 07 października 2025 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA OGŁOSZENIA

dot. sukcesywnych dostaw w ramach umów ramowych specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania: IO/ZN/21/2025)

Szanowni Państwo,

- I. Zamawiający – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – informuje, że udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.10.2025 r.

Pytanie nr 1:

„Załącznik nr 2.3, pozycja 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu 424807 tj. AST-N459 TEST KIT 20 CARDS zamiast 418 675 AST-N331 TEST KIT 20 CARDS? Produkt 418 675 został wycofany z oferty handlowej i zastąpiony produktem o numerze katalogowym 424 807. Załączamy ulotkę techniczną nowych kart. Karty te charakteryzują się zmienionymi składami i stężeniami wybranych antybiotyków. Posiadają także opinie KORLD wydaną we wrześniu 2024 roku, dotyczące składu oraz możliwości ich zastosowania zgodnie z aktualnymi zaleceniami EUCAST w zakresie oznaczania lekowrażliwości. Korzystanie z nowych kart jest możliwe jedynie w systemach VITEK® 2 i VITEK® 2 Compact z oprogramowaniem w wersji 9.04 oraz ich aktywacji w samym analizatorze. Przed złożeniem zamówienia prosimy o upewnienie się, że posiadają Państwo właściwą wersję oprogramowania.”

Pytanie nr 2:

„Załącznik nr 2.3, pozycja 2 – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, wnosimy o wykreślenie pozycji 2 z pakietu, w związku z tym, iż produkt nie jest dostępny w ofercie handlowej wykonawcy.”

Odpowiedź na Pytania nr 1 i 2:

Z uwagi na wycofanie z oferty odczynnika „VITEK® 2 AST Cards Karty do określania lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) - AST-N331” (producent: bioMérieux, nr katalogowy 418675), Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w Formularzu ofertowo-cenowym dla części 3 (Załącznik nr 2.3 do Ogłoszenia) ww. produktu odczynnikami: „VITEK® 2 AST-N459 TEST KIT 20 CARDS” (producent: bioMérieux, nr katalogowy 424807).

Pytanie nr 3:

„Pytania dotyczące projektu umowy załącznik nr 3:

§5 ust. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 2.3 pozycja 1 produktu o średnim terminie ważności 6 m-cy; oraz w pakiecie 2.3 pozycja 2 produktu o średnim terminie ważności 10 m-cy?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.”

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zamawiający nie wprowadził w postanowieniach Projektu umowy minimalnego terminu przydatności produktów. Jedynym zastrzeżeniem jest, iż odczynniki powinny być w początkowym okresie swojej przydatności (okres przydatności powinien być nie krótszy niż 3/4 okresu przydatności do użycia określonego przez producenta).

W związku z powyższym, w przypadku, gdy zalecany przez producenta okres przydatności wynosi 6 miesięcy (poz. 1 w części 3 - Załącznik nr 2.3 do Ogłoszenia) oraz 10 miesięcy (poz. 2 w części 3 -

Załącznik nr 2.3 do Ogłoszenia), Wykonawca może zaoferować produkty o takim terminie przydatności. Niemniej jednak, podczas dostawy termin ważności tych produktów nie może być krótszy niż 3/4 okresu przydatności do użycia określonego przez producenta (czyli w ramach poz. 1 okres przydatności musiałby wynosić w momencie dostawy co najmniej 4,5 miesiąca, a w ramach poz. 2 co najmniej 7,5 miesiąca).

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający, działając na podstawie Rozdziału IV ust. 7 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia w ten sposób, że:

w poz. 2 Załącznika nr 2.3 do Ogłoszenia (odczynniki producenta: bioMérieux Polska Sp. z o.o.) Zamawiający zastępuje odczynnik:

VITEK® 2 AST Cards Karty do określania lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) - AST-N331, nr katalogowy: 418675, jednostka: opakowanie 20 kart, ilość: 10

następującym odczynnikiem:

VITEK® 2 AST-N459 TEST KIT 20 CARDS, nr katalogowy: 424807, jednostka: opakowanie 20 kart, ilość: 10.

Termin, sposób i miejsce składania ofert oraz pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

Zamawiający jednocześnie przekazuje Formularze ofertowo-cenowe uwzględniające wprowadzoną zmianę.

Z poważaniem,